

REFLAB

M002	Biokemisk oxygenforbrug over 5 døgn, (BOD₅) i ferskvand og marint vand
Anvendelsesområde	Ferskvand fra søer, vandløb, kilder og kildebække. Marint vand.
Prøvetagning	Ved udtagning af døgn og ugeprøver skal der drages omsorg for at delprøver under prøvetagning holdes ved en temperatur mellem 0 og 4°C. Prøver, der omfattes af NOVANA, skal udtages under overholdelse af krav til prøvetagning i de tekniske anvisninger.
Målemetode(r)	DS/EN 1899-2 (seneste udgave), idet der bestemmes oxygenforbrug i prøven over 5 døgn. Laboratoriet skal sikre, at det kan anvende metoden med mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål.
Prøvebeholder	Polyethylen eller glas. Det er laboratoriets ansvar at sikre, at de anvendte flasker ikke giver anledning til forhøjede blindværdier. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver.
Prøvehåndtering inden analyse	Som beskrevet i ovennævnte metode.
Filtrering	Ingen.
Konservering	Ingen.
Opbevaring Analysen skal være afsluttet inden for de nævnte tidsfrister	Som beskrevet i ovennævnte metode. Prøven må ikke fryses.
Særlige forhold	Ingen.

Version / Dato	V01b / 25.05.2011
Ansvarlig for udarbejdelsen	Referencelaboratoriet