



M067	PAH-forbindelser i spildevandsslam
Anvendelsesområde	Bestemmelse af PAH, herunder acenaphten, fluoranthen, fluoren, phenanthren, pyren, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, benzo(ghi)perylene og indeno(1,2,3-cd)pyren i spildevandsslam
Målemetode(r)	Slamprøven skal ekstraheres i overensstemmelse med DS/ISO 13859 (seneste udgave).
Særlige forhold	Blindprøve, som – i det omfang det er hensigtsmæssigt – har fulgt prøveserien gennem hele proceduren, herunder været opbevaret i samme tidsrum som prøveserien, skal indgå i hver analyseserie. Blindprøver skal repræsentere anvendte beholdere, anvendt opløsningsmiddel og øvrige kemikalier.

Version / Dato	V01c / 18.01.2016
Skal senest tages i brug	30. maj 2016
Ansvarlig for udarbejdelsen	Signe Vork Nissen / Ulla Lund