

Centro n° 062:

Eurofins – Modulo Uno S.p.A.

Via Cuorgnè, 21

10156 TORINO (TO) - ITALIA

Telefono +39 011 22 22 225

Telefax +39 011 22 22 226

E-mail claudio.massa@modulouno.it

URL <http://www.modulouno.it>

-

-

Responsabile: dott. Claudio Massa

Sostituto: dott. Federico Marengo

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamme di frequenza	Incertezza (*)
Accelerazione	Catena accelerometrica	da 4 m·s ⁻² a 100 m·s ⁻²	da 10 Hz a 20 Hz da 20 Hz a 1 kHz da 1 kHz a 5 kHz	2·10 ⁻² 1,5·10 ⁻² 2·10 ⁻²
Livello di pressione acustica	Fonometri	124 dB da 24 dB a 140 dB	250 Hz da 31,5 Hz a 16 kHz	0,2 dB 0,5 dB
	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,1 dB
	Calibratori	da 94 dB a 114 dB	da 250 Hz a 1000 Hz	0,15 dB
	Audiometri	da 40 dB a 120 dB da 40 dB a 120 dB	da 125 Hz a 8 kHz da 125 Hz a 8 kHz	2 dB 2,5 dB ⁽¹⁾

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

⁽¹⁾ Per tarature eseguite fuori sede.