eurofins | Analytical Services

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

Mintavételi Utasítás

MVU-39-W

Vizsgálandó: Ftalát
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:
Jól zárható csavarmenetes ***ftalátmentes*** kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény $Na_2S_2O_3$ tartósítószert tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószert ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető