

Mintavételi Utasítás

MVU-32-W

Vizsgálat: Betonra agresszív szén-dioxid

Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

1 db jól zárható teflonbetétes kupakú, 0,5 literes barna üveg,

1 db jól zárható teflonbetétes kupakú, 0,5 literes barna üveg. **Kalcium-karbonáttal (CaCO_3) tartósított!**

Szükséges mintamennyiség: 2 x 0,5 liter

Alkalmazott címke:

EGYÉB  00000000000000000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000



Tel: +36 1 872 3800



Eljárás:

1. Töltse **teljesen tele, buborékmentesen** a mintavételi edényeket a mintával, vigyázva arra, hogy a kalcium-karbonátot ne öblítse ki az edényből.
2. Tartsa az edényt a mintavételi hőmérsékletén $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető